

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA

PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	CARRO DE EMERGÊNCIA - RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI / GAVETAS: NO MÍNIMO 3 / RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M / TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI / SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI / SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI / SUPORTE DE SORO: POSSUI RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI / GAVETAS: NO MÍNIMO 3 / RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M / TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI / SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI / SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI / SUPORTE DE SORO: POSSUI CONSTRUÍDO EM CHAPAS METÁLICAS, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA, COM PROTEÇÃO DE BORRACHA EM TODO O PERÍMETRO CONTRA IMPACTOS. POSSUI GAVETEIRO COMPOSTO POR 03 GAVETAS, SENDO DUAS PARA INSTRUMENTOS E UMA COM 18 DIVISÕES PARA ARMAZENAR MEDICAMENTOS, ALÉM DE COMPARTIMENTO FECHADO COM TAMPA BASCULANTE, PARA USO GERAL. O TAMPO SUPERIOR É PRODUZIDO EM MATERIAL SINTÉTICO DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS E A BANDEJA TEM GIRO LIVRE DE 360 GRAUS, PARA ACOMODAÇÃO DE DESFIBRILADOR/MONITOR OU CARDIOVERSOR. COM CABO DE FORÇA TRIPOLAR DE 3 METROS. COM 4 TOMADAS (2P+T) DE DISTRIBUIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. COM SUPORTE PARA SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL. COM TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO. COM SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. COM TRAVA PARA GAVETAS/BASCULANTE. RÉGUA DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO QUADRUPLA COM ENTRADA INFERIOR.	UND	4	R\$ 3.716,66	R\$ 14.866,65
2	CARRO MACA SIMPLES, MATERIAL DE CONFECÇÃO GRADES LATERAIS, AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, POSSUI CONJUNTO INDEPENDENTE DE RETRAÇÃO DAS PERNAS, QUE SE RECOLHEM QUANDO ACIONADAS PARA ENTRAR EM UM VEÍCULO, E ARMAM-SE AUTOMATICAMENTE AO RETIRÁ-LA DA AMBULÂNCIA, RESPALDO AJUSTÁVEL EM 6 POSIÇÕES, TRAVAS DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O DESARME ACIDENTAL, 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIOS, ALÇAS LATERAIS BASCULANTES, ACESSÓRIOS INCLUSOS: COLCHONETE IMPERMEÁVEL D33 KG/M³, 01 CINTO DE SEGURANÇA DE 04 PONTAS AUTOMOTIVO PARA TÓRAX E OMBROS, 02 CINTOS DE SEGURANÇA DE 02 PONTAS AUTOMOTIVO PARA ABDÔMEN E PERNAS, SISTEMA DE ANCORAGEM CERTIFICADO 10G.	UND	6	R\$ 7.150,26	R\$ 42.901,56
3	“AMPLA CONCORRÊNCIA” - OXÍMETRO DE PULSO, DE MESA PARA MEDIR SATURAÇÃO DE PACIENTES, NÃO INVASO. DEVE POSSUIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) COLORIDA, COM NO MÍNIMO 7 POLEGADAS. DEVERÁ INDICAR SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. SPO2 DE 0 A 100%, FAIXA DE MEDIÇÃO CÁRDICA MÍNIMA DE 30 A 250 BPM. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1BPM TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS	UND	12	R\$ 6.671,47	R\$ 80.057,64

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ALARMES SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMO DE APROXIMADAMENTE 4H. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 01 SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, 01 SENSOR PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E 01 SENSOR PARA PACIENTES NEONATAIS. DEVE FUNCIONAR EM 110/220V AUTOMATICAMENTE. DEVERÁ POSSUIR PESO INFERIOR A 3KG ALEM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCANDO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. AUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO. POSSUIR LEDs INDICATIVOS: FUNCIONAMENTO DA BATERIA, FUNCIONAMENTOS POR ENERGIA AC, CARGA DA BATERIA, SILENCIO DE ALARMES. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.				
4	“COTA RESERVADA ME/EPP” - OXÍMETRO DE PULSO, DE MESA PARA MEDIR SATURAÇÃO DE PACIENTES, NÃO INVASO. DEVE POSSUIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) COLORIDA, COM NO MÍNIMO 7 POLEGADAS. DEVERÁ INDICAR SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. SPO2 DE 0 A 100%, FAIXA DE MEDIÇÃO CÁRDICA MÍNIMA DE 30 A 250 BPM. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1BPM TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ALARMES SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMO DE APROXIMADAMENTE 4H. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 01 SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, 01 SENSOR PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E 01 SENSOR PARA PACIENTES NEONATAIS. DEVE FUNCIONAR EM 110/220V AUTOMATICAMENTE. DEVERÁ POSSUIR PESO INFERIOR A 3KG ALEM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCANDO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. AUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO. POSSUIR LEDs INDICATIVOS: FUNCIONAMENTO DA BATERIA, FUNCIONAMENTOS POR ENERGIA AC, CARGA DA BATERIA, SILENCIO DE ALARMES. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.	UND	3	R\$ 6.671,47	R\$ 20.014,41
5	MESA DE REFEITÓRIO BANCO INTEIRO ESCAMOTEÁVEL – COM NO MÍNIMO 6 LUGARES COM TAMPO RETANGULAR EM FÓRMICA COM BORDA EM PVC E MOCHOS ESCAMOTÁVEIS EM FÓRMICA. TAMPO DA MESA: PRODUZIDO EM MDF COM NO MÍNIMO 15 MM RÉ	UND	2	R\$ 6.150,67	R\$ 12.301,34



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	ENGROSSADO COM MAIS 15 MM, TOTALIZANDO NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO DA BORDA DA MESA EM FITA DE PVC. ASSENTOS: MEDINDO NO MÍNIMO 0,30 CM DE LARGURA EM MDF 15 MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO, BORDA EM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA: MONTADA PARA BANCOS ESCAMOTEÁVEIS EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO.				